

**Wykonawcy, biorący
udział w
postępowaniu:**

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dot. postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, do którego nie mają zastosowania przepisy ustawy Pzp pt.: „Dostawa wagi analitycznej”.

Zamawiający, przesyła treść pytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami treści Zapytania Ofertowego, zwanego dalej „ZO”:

1. Pytanie dotyczące szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, poz. 17, załącznik nr 4 do ZO.

Czy zamawiający zaakceptuje wagę wyposażoną w elektroniczny system poziomowania ze wskaźnikiem ukazującym się na wyświetlaczu wagi. System kontroluje stan wypoziomowania wagi oraz podpowiada jak poziomować wagę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaproponowany przez Wykonawcę system.

ZATWIERDZAM

Z-ca DYREKTORA
ds. TECHNIKI I WDROŻEŃ


dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska