

Wykonawcy:

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analizatora komórek z wyposażeniem – TA/ZP-16/2010

WYJAŚNIENIA

W związku z nadesłanym pytaniem dotyczącym Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora komórek z wyposażeniem, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie

Proszę o wyjaśnienie czy czas analizy próbki przez analizator komórek powinien być nie dłuższy niż 3.5 sekundy?

Wykonanie analizy próbki wraz z wizualizacją badanych komórek w tak krótkim czasie jest niemożliwe z powodów technicznych.

Odp.

Zamawiający informuje, że w zmienia błędnie określony czas analizy próbki przez analizator komórek. Prawidłowe określenie tego parametru: „Czas analizy próbki przez analizator komórek powinien być nie dłuższy niż 3,5 minuty”.

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) zmienia treść zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ „Parametry i cechy Urządzenia: - czas analizy próbki nie dłuższy niż: **3,5 minuty..**”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-CA DYREKTORA
ds. Techniki i Wdrożeń


dr hab. inż. Wiktor Marek Zawieska