

Warszawa, dnia 30.01.2015 r.

TA/ZP-1/2015

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę skaningowego mikroskopu elektronowego z wyposażeniem

WYJAŚNIENIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu:

„Dotyczy przedmiotu zamówienia:

- 1. Czy Zamawiający dopuści mikroskop elektronowy wyposażony w działo elektronowe z emisją polową Schottky?**

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanego mikroskopu elektronowego wyposażonego w działo elektronowe z emisją polową Schottky.

- 2. Czy Zamawiający dopuści stolik eucentryczny z zakresem ruchów: X/Y = 130 mm, Z = 50 mm, T = -3°- 70°, R = 360°?**

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza stolik eucentryczny z zakresem ruchów: X/Y = 130 mm oraz T = -3°- 70°, R = 360°, przy jednoczesnym zakresie ruchu w osi Z nie mniejszym niż 1,5 mm – 30 mm.

- 3. Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość przy 1kV wynoszącą 1,6 nm?**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy:

- 4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 18 tygodniowy termin dostawy?**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy § 4 pkt 2 ust. 1) – winno być § 4 ust. 2 pkt 1

- 5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 10%?**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt 1 – winno być § 5 ust. 1

- 6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 12 miesięczny okres gwarancji w miejsce 24 miesięcznej?**

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt 6 – winno być § 5 ust. 6

- 7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie punktu 6 z umowy?**

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ust. 6.

Dotyczy wzoru umowy § 5 pkt 7 – winno być § 5 ust. 7

- 8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wymianę wadliwego elementu przedmiotu zamówienia po trzech bezskutecznych naprawach, a nie**

całego urządzenia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.
Pozostałe zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.