

Warszawa, dnia 04.02.2015 r.

TA/ZP-4/2015

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę przelotowego autoklawu z wyposażeniem

WYJAŚNIENIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuje następującą informację w związku z pytaniem złożonym w przedmiotowym postępowaniu:

Dotyczy wymaganych parametrów technicznych autoklawu punkt 1 i 2

Wnosimy o dopuszczenie autoklawu o wysokości 1800 mm oraz wewnętrznych wymiarach komory cylindrycznej: średnica 500 x głębokość 750 mm. Parametry oferowanego przez nas urządzenia nieznacznie odbiegają od SIWZ i nie wpływają w żaden sposób na funkcjonalność urządzenia oraz ergonomię pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy określony w SIWZ. Wymiary autoklawu z uwagi na ograniczoną przestrzeń, konstrukcję budowlaną w laboratorium nie mogą być większe niż maksymalnie określone w SIWZ.