



Warszawa, dnia 24.04.2015 r.

TA/ZP-18/2015

Wykonawcy

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kamer

WYJAŚNIENIA

Zamawiający, działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), przekazuje następujące informacje w związku z pytaniami złożonymi w przedmiotowym postępowaniu:

W Załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający wymaga „rozdzielczości co najmniej 1024 x 1024 pix, przy szybkości zapisu co najmniej 5000 klatek/sekundę”.

Czy Zamawiający dopuści kamerę, która posiada rozdzielczość 1 MegaPiksela, ale rozłożoną panoramicznie, dokładnie 1280 x 800 pikseli, przy której jest w stanie zarejestrować 7.500 fps?

Komentarz: Proponowana kamera również posiada rozdzielczość 1 MegaPiksela, ale rozłożoną panoramicznie. W procesach szybkozmiennych praktycznie zawsze występuje oś, na której informacja jest bardziej istotna, tzw. oś ruchu. Przykładem są wszystkie procesy balistyczne, czy testy zderzeniowe w przemyśle motoryzacyjnym. Charakterystyczne jest to także przy obrazowaniu wyładowań (wyładowanie piorunowe, przeskok iskry itp.).

Warto nadmienić także, iż kamera którą chcemy zaoferować osiąga znacząco wyższe prędkości w rozdzielczościach, które przywołał Zamawiający:

- przy rozdzielczości 1 MegaPiksela – 7530 fps
- 512 X 512 pikseli – 25 000 fps
- 128 x 128 pikseli – 215 600 fps
- 64 x 16 pikseli – 1 077 500 fps.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie kamery o parametrach innych niż określone w SIWZ.

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych


mgr Miroslaw Flejmer